

单一来源专家论证意见

一、基本情况	
需求科室：手术室	归口管理科室：设备物资部
拟采购项目名称	手术患者转运套车（内车）
拟采购项目金额	人民币3万元
二、申请理由(请从以下三种勾选其一)	
☒ 1. 只能从唯一供应商处采购	
☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购	
☐ 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十	
原因阐述： 我院现有手术转运车为同一厂家（南京华瑞医疗设备制造有限公司）成套设备，含内车、外车。转运对接车的对接卡槽、锁定机构、轨道限位、床身高度联动装置属于原厂专有结构，不同厂家产品机械接口、定位尺寸不通用。如采购其他品牌转运对接车内车，无法实现内外车床体精准对位、安全锁止，转运交接过程易出现移位、松动，增加患者坠床、磕碰风险；市场上无其他兼容替代产品，只能由原设备厂家供货，满足《政府采购法》单一来源采购“只能从唯一供应商处采购”情形，故申请采用单一来源采购。	
三、专家论证意见	
本次采购南京华瑞医疗设备制造有限公司生产的手术转运床内车，其内车对接卡槽、锁定机构、轨道限位、床身高度、联动装置需与院内原有外车相匹配。故采购南京华瑞医疗设备制造有限公司原厂内车。该品牌授权厦门弘信医疗设备技术有限公司为我院指定代理商，故采用单一来源采购方式向该单位采购。 2016年9月7日 蔡文治	

单一来源专家论证意见

一、基本情况	
需求科室：手术室	归口管理科室：设备物资部
拟采购项目名称	手术患者转运套车（内车）
拟采购项目金额	人民币3万元
二、申请理由(请从以下三种勾选其一)	
☒ 1. 只能从唯一供应商处采购	
☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购	
☐ 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十	
原因阐述： 我院现有手术转运车为同一厂家（南京华瑞医疗设备制造有限公司）成套设备，含内车、外车。转运对接车的对接卡槽、锁定机构、轨道限位、床身高度联动装置属于原厂专有结构，不同厂家产品机械接口、定位尺寸不通用。如采购其他品牌转运对接车内车，无法实现内外车床体精准对位、安全锁止，转运交接过程易出现移位、松动，增加患者坠床、磕碰风险；市场上无其他兼容替代产品，只能由原设备厂家供货，满足《政府采购法》单一来源采购“只能从唯一供应商处采购”情形，故申请采用单一来源采购。	
三、专家论证意见	
手术转运车为手术患者术前术后转运、留置观察设备，为保证手术转运车可适配现有手术转运车，保证手术安全。结合调研显示现有手术转运车于对接卡槽、轨道限位等位置均不匹配，易有坠床等风险产生，建议采购原厂转运内车，以保证手术患者安全。 2026年9月7日 孙泽君	

单一来源专家论证意见

一、基本情况	
需求科室：手术室	归口管理科室：设备物资部
拟采购项目名称	手术患者转运套车（内车）
拟采购项目金额	人民币3万元
二、申请理由(请从以下三种勾选其一)	
☒ 1. 只能从唯一供应商处采购	
☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购	
☐ 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十	
原因阐述： 我院现有手术转运车为同一厂家（南京华瑞医疗设备制造有限公司）成套设备，含内车、外车。转运对接车的对接卡槽、锁定机构、轨道限位、床身高度联动装置属于原厂专有结构，不同厂家产品机械接口、定位尺寸不通用。如采购其他品牌转运对接车内车，无法实现内外车床体精准对位、安全锁止，转运交接过程易出现移位、松动，增加患者坠床、磕碰风险；市场上无其他兼容替代产品，只能由原设备厂家供货，满足《政府采购法》单一来源采购“只能从唯一供应商处采购”情形，故申请采用单一来源采购。	
三、专家论证意见	
为避免因内车、外车厂商不同导致对接异常，影响病患接送，建议采用单一来源方式采购。 李燕瑜 2016年9月7日	